

DOM ZDRAVLJA
PETROVAC NA MLAVI
Broj: VD5/01- 54/1
Dana: 22.04.2016.godine

**Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori**

Na osnovu člana 63. stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama i pisanog zahteva ponuđača, zavedenog kod naručioca pod VD5/01-54 dana 20.04.2016.godine, koji se odnosi na otvoreni postupak javne nabavke medicinskog intraoralnog RTG aparata sa ručnom komorom za razvijanje dentalnih filmova br.VD5/01-2016, komisija daje pojašnjenje:

1. Pitanje 1. je glasilo:

- Zahtevana karakteristika za intraoralni RTG aparat: "Podešavanje napona anode /50,52,55,57,60,63,66 i 70 kV/. Da li je za naručioca prihvatljivo da se ponudi uređaj sa rasponom napona anode 60-70KV?

Odgovor: - Da. Komisija za JN medicinskog intraoralnog RTG aparata sa ručnom komorom za razvijanje dentalnih filmova br.VD5/01-2016. Doma zdravlja Petrovac na Mlavi, još jednom napominje da je u okviru konkursne dokumentacije naznačeno da su navedene tehničke karakteristike dobara minimum koji traženo dobro mora da poseduje i da će se dobra sa boljim tehničkim karakteristikama uzeti u razmatranje i vrednovanti na isti način kao i dobra sa traženim karakteristikama.

2. Pitanje 2. je glasilo:

- Zahtevana karakteristika za intraoralni RTG aparat: " Podešavanje struje anode: 2,3,4,5,6,7,8 mA". Da li je za naručioca prihvatljivo da se ponudi uređaj sa fiksnom vrednošću struje anode od 7mA?

Odgovor: - Da. Komisija za JN medicinskog intraoralnog RTG aparata sa ručnom komorom za razvijanje dentalnih filmova br.VD5/01-2016. Doma zdravlja Petrovac na Mlavi, još jednom napominje da je u okviru konkursne dokumentacije naznačeno da su navedene tehničke karakteristike dobara minimum koji traženo dobro mora da poseduje i da će se dobra sa boljim tehničkim karakteristikama uzeti u razmatranje i vrednovanti na isti način kao i dobra sa traženim karakteristikama.

3. Pitanje 3. je glasilo:

- Zahtevana karakteristika za intraoralni RTG aparat: " Tehnike kratkog i dugačkog konusa /200 i 300 mm/, automatska kompenzacija gudtine za različite konuse". Da li je za naručioca prihvatljivo da se ponudi uređaj sa tehnikama kratkog i dugačkog konusa sa veličinama konusa od 229 i 305mm, sa automatskim predprogramiranim vrednostima za različite veličine konusa?

Odgovor: - Da. Komisija za JN medicinskog intraoralnog RTG aparata sa ručnom komorom za razvijanje dentalnih filmova br.VD5/01-2016. Doma zdravlja Petrovac na Mlavi, još jednom napominje da je u okviru konkursne dokumentacije naznačeno da su navedene tehničke karakteristike dobara minimum koji traženo dobro mora da poseduje i da će se dobra sa boljim tehničkim karakteristikama uzeti u razmatranje i vrednovanti na isti način kao i dobra sa traženim karakteristikama.

4. Pitanje 4. je glasilo:

- Zahtevana karakteristika za intraoralni RTG aparat: " Generator: konstantnog napona, kontrolisan mikro-kontrolerom, radna frekvencija 66 kHz". Da li je za naručioca prihvatljivo da se ponudi uređaj sa višom radnom frekvencijom od 66 KHz, što naravno predstavlja tehnološki bolje rešenje?

Odgovor: - Da. Komisija za JN medicinskog intraoralnog RTG aparata sa ručnom komorom za razvijanje dentalnih filmova br.VD5/01-2016. Doma zdravlja Petrovac na Mlavi, još jednom napominje da je u okviru konkursne dokumentacije naznačeno da su navedene tehničke karakteristike dobara minimum koji traženo dobro mora da poseduje i da će se dobra sa boljim tehničkim karakteristikama uzeti u razmatranje i vrednovanti na isti način kao i dobra sa traženim karakteristikama.

5. Pitanje 5. je glasilo:

- Zahtevana karakteristika za intraoralni RTG aparat:“ Tačka fokusa: 0,4 mm, IEC 60336“. Da li je za naručioca prihvatljivo da se ponudi uređaj sa tačkom fokusa od 0,7mm?

Odgovor: - Da. Komisija za JN medicinskog intraoralnog RTG aparata sa ručnom komorom za razvijanje dentalnih filmova br.VD5/01-2016. Doma zdravlja Petrovac na Mlavi, još jednom napominje da je u okviru konkursne dokumentacije naznačeno da su navedene tehničke karakteristike dobara minimum koji traženo dobro mora da poseduje i da će se dobra sa boljim tehničkim karakteristikama uzeti u razmatranje i vrednovanti na isti način kao i dobra sa traženim karakteristikama.

6. Pitanje 6. je glasilo:

- Zahtevana karakteristika za intraoralni RTG aparat:“ Vreme ekspozicije: 0,01-3,2 s, u 26 koraka“. Da li je za naručioca prihvatljivo da se ponudi uređaj sa vremenom 0,02-3,2s?

Odgovor: - Da. Komisija za JN medicinskog intraoralnog RTG aparata sa ručnom komorom za razvijanje dentalnih filmova br.VD5/01-2016. Doma zdravlja Petrovac na Mlavi, još jednom napominje da je u okviru konkursne dokumentacije naznačeno da su navedene tehničke karakteristike dobara minimum koji traženo dobro mora da poseduje i da će se dobra sa boljim tehničkim karakteristikama uzeti u razmatranje i vrednovanti na isti način kao i dobra sa traženim karakteristikama.

7. Pitanje 7. je glasilo:

- Zahtevana karakteristika za intraoralni RTG aparat:“ Osigurači: 15 AT/8 AT“. Da li je za naručioca prihvatljivo da se ponudi uređaj sa osiguračem od 5A spori za mrežni napon od 220V?

Odgovor: - Da. Komisija za JN medicinskog intraoralnog RTG aparata sa ručnom komorom za razvijanje dentalnih filmova br.VD5/01-2016. Doma zdravlja Petrovac na Mlavi, još jednom napominje da je u okviru konkursne dokumentacije naznačeno da su navedene tehničke karakteristike dobara minimum koji traženo dobro mora da poseduje i da će se dobra sa boljim tehničkim karakteristikama uzeti u razmatranje i vrednovanti na isti način kao i dobra sa traženim karakteristikama.

8. Pitanje 8. je glasilo:

- Zahtevana karakteristika za intraoralni RTG aparat:“ Težina: 23 kg, komplet sa glavom“ i „Težina glave: 4,5 kg“. Da li je za naručioca prihvatljivo da se ponudi uređaj sa većim težinama ukoliko ne utiče na rad sa aparatom?

Odgovor: - Da. Komisija za JN medicinskog intraoralnog RTG aparata sa ručnom komorom za razvijanje dentalnih filmova br.VD5/01-2016. Doma zdravlja Petrovac na Mlavi, još jednom napominje da je u okviru konkursne dokumentacije naznačeno da su navedene tehničke karakteristike dobara minimum koji traženo dobro mora da poseduje i da će se dobra sa boljim tehničkim karakteristikama uzeti u razmatranje i vrednovanti na isti način kao i dobra sa traženim karakteristikama.

ZA NARUČIOCA

Predsednik Komisije za javne nabavke
Dr Aleksandar Ranković s.r.